

| | | |
|----------|----------|----------|
| 承認 | 審査 | 作成 |
| | | |
| H28.12.9 | H28.12.7 | H29.12.7 |

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

| 実施日 | 平成28年12月 5日 (月) 15:15~15:35 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------|
| 作業場所 | MP-4 | | | | | | |
| 実施者 | | | | | | | |
| 目的 | 無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。 | | | | | | |
| 設置場所 | 機器管理No | 取外前 レンジ | 作業開始前 指示値 (読み取り時間) | 交換作業 日時 | 校正済 機器管理No | 取付後 レンジ | 作業終了後 指示値 (読み取り時間) |
| MP-4 | F1-ICW-241 | 0.03 | 2.4 μ Sv/h (15:25) | 15:29 ~ 15:31 | F1-ICW-241 | 0.03 | 2.4 μ Sv/h (15:35) |
| 無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟) | | 線量 指示値 | 2.6 μ Sv/h (15:19) | — | — | — | 2.5 μ Sv/h (15:30) |
| 無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟) | | バッテリー 指示値 | 2736mV (15:19) | — | — | — | 3348mV (15:30) |
| 無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟) | | 線量 指示値 | 2.6 μ Sv/h (15:19) | — | — | — | 2.6 μ Sv/h (15:29) |
| 無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟) | | バッテリー 指示値 | 2736mV (15:19) | — | — | — | 3348mV (15:29) |
| MP- | F1-ICW- | 0.03 | μ Sv/h (:) | : ~ : | F1-ICW- | 0.03 | μ Sv/h (:) |
| 無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟) | | 線量 指示値 | μ Sv/h (:) | — | — | — | μ Sv/h (:) |
| 無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟) | | バッテリー 指示値 | mV (:) | — | — | — | mV (:) |
| 無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟) | | 線量 指示値 | μ Sv/h (:) | — | — | — | μ Sv/h (:) |
| 無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟) | | バッテリー 指示値 | mV (:) | — | — | — | mV (:) |
| —以下余白— | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |