

構内線量表示器測定記録(2025 年 11 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 11/17 ~ 11/27 B015N (予備機) を B010 (5, 6 号防護本部周辺) の代替機として配備

※3 : 11/17 ~ 11/27 B022 (予備機) を B013 (3, 4 号機西側法面上周辺) の代替機として配備

※4 : 11/17 ~ 11/27 B028 (予備機) を B014 (4 号機南側法面上周辺) の代替機として配備

※5 : メーカー点検のため、測定を行った。

測定月報

測定日：2025/11

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域監視棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 予備機	★ B006 登録センター休憩所周辺	★ B007 3, 4号機海側(2. 5m盤)	B008 シールド中央制御室周辺	B009 予備機	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.133	0.341	0.912	0.461		0.913	1.548	1.354		0.412
2	0.131	0.342	0.921	0.467		0.918	1.569	1.398		0.440
3	0.129	0.338	0.897	0.467		0.914	1.556	1.389		0.435
4	0.126	0.339	0.886	0.468		0.915	1.531	1.373		0.432
5	0.129	0.334	0.910	0.469		0.910	1.552	1.382		0.431
6	0.129	0.336	0.925	0.474		0.916	1.577	1.393		0.435
7	0.128	0.338	0.923	0.475		0.918	1.588	1.394		0.437
8	0.126	0.335	0.919	0.470		0.911	1.557	1.384		0.429
9	0.129	0.336	0.921	0.472		0.913	1.588	1.391		0.440
10	0.129	0.338	0.896	0.475		0.916	1.598	1.393		0.440
11	0.127	0.332	0.887	0.474		0.913	1.563	1.378		0.433
12	0.126	0.332	0.895	0.475		0.909	1.555	1.373		0.432
13	0.129	0.336	0.899	0.476		0.910	1.597	1.395		0.439
14	0.129	0.336	0.910	0.478		0.915	1.598	1.402		0.437
15	0.128	0.332	0.919	0.474		0.910	1.566	1.392		0.433
16	0.127	0.333	0.919	0.475		0.911	1.569	1.389		0.431
17	0.129	0.338	0.918	0.480		0.914	1.620	1.412		0.439
18	0.126	0.334	0.914	0.476		0.910	1.575	1.388		0.439
19	0.126	0.334	0.891	0.475	※5 0.747	0.904	1.560	1.377	※5 0.237	0.441
20	0.126	0.331	0.891	0.473		0.910	1.567	1.389		0.441
21	0.126	0.334	0.913	0.479		0.915	1.597	1.399		0.439
22	0.125	0.331	0.910	0.473		0.912	1.588	1.393		0.440
23	0.126	0.333	0.914	0.478		0.916	1.600	1.397		
24	0.128	0.332	0.911	0.476		0.916	1.614	1.400		
25	0.127	0.332	0.912	0.477		0.914	1.623	1.400		
26	0.125	0.331	0.909	0.476		0.915	1.608	1.387		
27	0.126	0.329	0.908	0.477		0.912	1.602	1.391		
28	0.128	0.331	0.923	0.478		0.916	1.630	1.400		
29	0.125	0.327	0.912	0.474		0.915	1.594	1.386		
30	0.128	0.329	0.911	0.476		0.917	1.608	1.391		
31										
1ヶ月値	0.127	0.334	0.909	0.474	0.747	0.913	1.583	1.390	0.237	0.435
最大値	0.160	0.382	0.993	0.526	5.933	1.036	1.705	1.500	0.263	0.508
最大値日時	11/06 16:30	11/23 17:50	11/13 16:00	11/28 13:50	11/19 10:20	11/04 09:20	11/23 16:40	11/30 13:20	11/19 11:50	11/09 22:10
最小値	0.105	0.287	0.806	0.395	0.214	0.841	1.311	0.983	0.213	0.323
最小値日時	11/04 17:30	11/20 10:40	11/19 16:00	11/01 01:50	11/19 11:10	11/19 00:50	11/01 01:40	11/01 01:50	11/19 11:30	11/01 01:40

測定月報

測定日：2025/11

(2/11)

日	モニタ									
	B011 予備機	★ B012 1, 2号機西側法面上周辺	★ B013 3, 4号機西側法面上周辺	★ B014 4号機南側法面上周辺	B015 予備機	★ B016 免震重要棟周辺	B017 故障中	★ B018 3, 4号機S/B周辺	B019 野鳥の森五差路周辺	★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1		38.690	5.045	0.748		3.067	△	6.512	1.145	0.343
2		38.749	5.023	0.765		3.068		6.664	1.135	0.344
3		38.467	4.951	0.756		3.049		6.663	1.105	0.342
4		37.694	4.862	0.745		3.067		6.567	1.067	0.338
5		37.397	4.895	0.750		3.112		6.540	1.084	0.338
6		38.122	4.970	0.762		3.120		6.551	1.107	0.341
7		37.887	4.978	0.761		3.128		6.590	1.114	0.343
8		38.013	4.878	0.751		3.105		6.627	1.074	0.338
9		38.542	4.974	0.758		3.128		6.714	1.112	0.343
10		38.387	4.986	0.768		3.136		6.636	1.122	0.343
11		37.776	4.875	0.751		3.109		6.507	1.079	0.339
12		37.507	4.866	0.744		3.114		6.466	1.074	0.341
13		38.355	4.937	0.755		3.154		6.519	1.118	0.344
14		38.140	4.975	0.811		3.146		6.477	1.114	0.342
15		37.858	4.887	0.830		3.126		6.667	1.086	0.339
16		38.034	4.874	0.829		3.119		6.724	1.081	0.340
17		38.499	※3 4.979	※4 0.845	※2 0.517	3.169		6.625	1.139	0.347
18		37.629			0.386	3.361		6.584	1.078	0.340
19	※5 0.245	37.096			0.384	3.463		6.485	1.060	0.340
20		37.307			0.385	3.465		6.567	1.075	0.340
21		38.067			0.390	3.485		6.602	1.105	0.341
22		37.822			0.390	3.457		6.733	1.086	0.338
23		38.122			0.389	3.477		6.790	1.097	0.343
24		38.327			0.393	3.484		6.814	1.117	0.344
25		37.990			0.396	3.485		6.612	1.117	0.346
26		37.786			0.398	3.473		6.703	1.101	0.345
27		37.720	4.918	0.844	0.391	3.457		6.702	1.094	0.345
28		38.136	4.962	0.855		3.484		6.796	1.122	0.349
29		37.692	4.861	0.833		3.445		6.707	1.081	0.342
30		38.076	4.907	0.840		3.464		6.792	1.100	0.344
31										
1ヶ月値	0.245	37.996	4.933	0.783	0.397	3.264		6.631	1.100	0.342
最大値	0.254	39.729	5.216	0.931	10.743	3.642		7.058	1.234	0.385
最大値日時	11/19 12:00	11/17 12:50	11/02 11:40	11/17 09:30	11/17 10:10	11/24 13:10		11/17 16:50	11/01 03:00	11/27 16:10
最小値	0.239	21.337	4.228	0.611	0.337	2.861		5.181	0.988	0.303
最小値日時	11/19 11:50	11/14 14:10	11/27 11:40	11/01 01:40	11/18 23:40	11/01 01:40		11/14 22:50	11/04 13:10	11/21 01:20

測定月報

測定日：2025/11

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 予備機	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	★ B025 事務本館南側	B026 故障中	B027 固体庫3、4棟周辺	B028 予備機	B029 1号機北側法面上周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△		0.498	△	3.267	△	4.220		13.560	△
2			0.505		3.267		4.270		14.086	
3			0.502		3.206		4.273		14.201	
4			0.504		3.142		4.272		14.205	
5			0.503		3.163		4.273		14.203	
6			0.507		3.218		4.307		14.267	
7			0.508		3.225		4.331		14.333	
8			0.506		3.156		4.317		14.329	
9			0.505		3.243		4.340		14.473	
10			0.508		3.272		4.354		14.540	
11			0.503		3.176		4.334		14.312	
12			0.500		3.149		4.337		14.260	
13			0.502		3.248		4.356		14.369	
14			0.504		3.235		4.351		14.363	
15			0.501		3.155		4.337		14.215	
16			0.502		3.153		4.354		14.207	
17		※3 4.848	0.510		3.290		4.397	※4 0.884	14.459	
18		4.666	0.505		3.168		4.367	0.856		
19		4.613	0.502		3.118	※5 0.245	4.356	0.844		
20		4.644	0.501		3.140		4.377	0.847		
21		4.726	0.506		3.214		4.405	0.862	14.311	
22		4.672	0.502		3.162		4.380	0.855	14.210	
23		4.699	0.504		3.186		4.402	0.860	14.254	
24		4.742	0.503		3.223		4.399	0.865	14.310	
25		4.758	0.507		3.241		4.370	0.874	14.295	
26		4.699	0.507		3.209		4.351	0.870	14.347	
27		4.648	0.506		3.164		4.370	0.858	14.259	
28			0.510		3.217		4.358		14.318	
29			0.503		3.111		4.385		14.143	
30			0.507		3.158		4.400		14.211	
31										
1ヶ月値		4.697	0.504		3.196	0.245	4.345	0.861	14.260	
最大値		5.068	0.556		3.440	0.245	6.258	0.942	14.848	
最大値日時		11/17 15:10	11/18 05:30		11/10 10:20	11/19 10:00	11/27 19:40	11/17 13:50	11/17 13:20	
最小値		4.406	0.435		2.980	0.245	3.946	0.789	12.149	
最小値日時		11/20 07:50	11/01 01:40		11/16 04:20	11/19 10:00	11/01 01:50	11/20 07:30	11/01 01:40	

測定月報

測定日：2025/11

(4/11)

日	モニタ									
	B031 HIC保管エリア周辺	★ B032 4号機R/B西側	B033 H4タンクエリア周辺	B034 Eタンクエリア周辺	B035 J5タンクエリア周辺	B036 J1タンクエリア周辺	★ B037 HTI装備交換所周辺	★ B038 4号機T/B南側	B039 旧研修棟正面玄関前	★ B040 1, 2号機S/B周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.332	2.775	1.033	0.462	0.869	1.212	4.539	3.835	6.482	22.116
2	0.332	2.816	1.031	0.464	0.880	1.231	4.862	3.744	6.534	22.588
3	0.330	2.799	1.006	0.461	0.882	1.233	4.875	3.722	6.467	22.618
4	0.325	2.773	0.985	0.468	0.880		4.890	4.216	6.454	22.592
5	0.326	2.777	0.997	0.441	0.880	1.228	4.881	3.765	6.597	22.646
6	0.327	2.796	1.007	0.444	0.889	1.236	4.907	3.655	6.723	22.716
7	0.329	2.837	1.011	0.448	0.888	1.240	4.915	3.809	6.762	22.772
8	0.324	2.835	0.992	0.446	0.887	1.238	4.921	3.894	6.621	22.602
9	0.329	2.854	1.011	0.450	0.889	1.240	4.903	3.808	6.708	22.762
10	0.329	2.863	1.013	0.454	0.889	1.242	4.892	3.972	6.674	22.808
11	0.323	2.823	0.995	0.449	0.887	1.224	4.864	3.625	6.716	22.536
12	0.310	2.820	0.990	0.451	0.881	1.223	4.900	3.906	6.581	22.701
13	0.312	2.846	1.016	0.458	0.891	1.240	4.922	3.940	6.705	22.868
14	0.324	2.824	1.016	0.455	0.894	1.246	4.928	3.720	6.774	22.891
15	0.317	2.788	0.990	0.445	0.891	1.236	4.921	3.734	6.752	22.790
16	0.317	2.782	0.990	0.446	0.889	1.236	4.923	4.055	6.727	22.826
17	0.319	2.843	1.031	0.456	0.902	1.258	4.940	3.866	6.858	23.015
18	0.322	2.778	0.998	0.452	0.892	1.246	4.911	3.675	6.637	22.797
19	0.312	2.747	0.981	0.446	0.890	1.244	4.915	3.827	6.616	22.723
20	0.313	2.768	0.990	0.445	0.889	1.233	4.921	3.476	6.680	22.155
21	0.321	2.788	1.005	0.440	0.899	1.258	4.936	4.297	6.759	22.904
22	0.312	2.773	0.992	0.435	0.895	1.245	4.940	4.239	6.687	21.867
23	0.311	2.787	1.000	0.435	0.893	1.246	4.943	3.652	6.713	21.170
24	0.316	2.799	1.008	0.439	0.897	1.249	4.941	4.113	6.775	18.719
25	0.322	2.789	1.011	0.442	0.896	1.250	4.923	3.538	6.768	16.614
26	0.318	2.777	1.002	0.437	0.893	1.243	4.924	3.775	6.600	15.153
27	0.318	2.775	0.997	0.439	0.891	1.244	4.916	4.171	6.579	14.213
28	0.317	2.801	1.014	0.434	0.899	1.253	4.913	3.589	6.607	14.125
29	0.307	2.775	0.992	0.430	0.890	1.229	4.916	3.678	6.530	13.976
30	0.317	2.785	1.004	0.430	0.894		4.918	4.061	6.578	14.018
31										
1ヶ月値	0.320	2.800	1.004	0.447	0.890	1.240	4.900	3.845	6.655	20.876
最大値	0.364	3.062	1.099	0.527	0.971	1.339	5.096	7.368	7.546	23.731
最大値日時	11/03 01:40	11/07 11:00	11/17 13:20	11/04 10:10	11/21 09:00	11/17 13:10	11/25 03:40	11/04 13:00	11/17 12:50	11/21 11:10
最小値	0.239	2.512	0.909	0.394	0.790	1.115	2.850	3.207	5.944	13.383
最小値日時	11/29 11:00	11/01 01:50	11/19 05:30	11/27 08:10	11/01 01:30	11/01 00:50	11/01 02:00	11/05 11:20	11/01 01:40	11/27 08:20

測定月報

測定日：2025/11

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	2.501	1.725	1.426	7.050	0.314	1.805	△	△	1.810	△
2	2.546	1.721	1.433	7.226	0.315	1.849			1.832	
3	2.548	1.699	1.426	7.206	0.315	1.853			1.826	
4	2.549	1.673	1.416	7.150	0.314	1.859			1.803	
5	2.551	1.684	1.417	7.183	0.317	1.863			1.807	
6	2.559	1.700	1.432	7.247	0.318	1.870			1.820	
7	2.576	1.704	1.438	7.324	0.319	1.876			1.830	
8	2.567	1.678	1.421	7.276	0.317	1.873			1.808	
9	2.578	1.714	1.436	7.326	0.315	1.874			1.825	
10	2.580	1.712	1.444	7.359	0.317	1.881			1.834	
11	2.569	1.692	1.420	7.271	0.318	1.878			1.806	
12	2.563	2.245	1.421	7.280	0.317	1.876			1.808	
13	2.587	2.982	1.440	7.355	0.318	1.887			1.826	
14	2.594	2.973	1.436	7.358	0.318	1.884			1.825	
15	2.574	2.956	1.419	7.296	0.317	1.880			1.804	
16	2.582	2.952	1.423	7.304	0.317	1.887			1.801	
17	2.608	3.067	1.447	7.439	0.318	1.896			1.846	
18	2.588	3.092	1.420	7.310	0.316	1.890			1.809	
19	2.577	3.085	1.415	7.259	0.315	1.886			1.799	
20	2.570	3.084	1.419	7.283	0.316	1.887			1.803	
21	2.601	3.085	1.432	7.358	0.318	1.893			1.823	
22	2.586	3.077	1.421	7.310	0.317	1.892			1.815	
23	2.600	3.088	1.426	7.317	0.319	1.895			1.819	
24	2.600	3.088	1.433	7.334	0.319	1.892			1.829	
25	2.601	3.099	1.433	7.300	0.318	1.897			1.828	
26	2.592	3.088	1.429	7.331	0.316	1.888			1.825	
27	2.585	3.084	1.422	7.168	0.316	1.882			1.822	
28	2.600	3.102	1.436	7.155	0.318	1.884			1.841	
29	2.578	3.088	1.418	7.078	0.316	1.887			1.816	
30	2.589	3.106	1.426	7.128	0.316	1.892			1.820	
31										
1ヶ月値	2.578	2.535	1.428	7.266	0.317	1.878			1.819	
最大値	2.727	3.257	1.523	7.721	0.354	2.360			1.938	
最大値日時	11/17 07:10	11/19 07:00	11/24 10:10	11/17 13:40	11/20 07:50	11/06 20:10			11/24 13:20	
最小値	2.166	1.494	1.335	6.627	0.242	1.612			1.502	
最小値日時	11/01 01:40	11/11 09:00	11/27 06:40	11/01 02:00	11/01 01:30	11/01 01:30			11/01 01:50	

測定月報

測定日：2025/11

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	★ B052 1号機R/B西側	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	6.880	142.674	0.331	0.689	△	7.601	59.125	0.480	0.558	1.040
2	6.933	143.442	0.337	0.717		7.596	59.366	0.485	0.568	1.062
3	6.888	143.308	0.336	0.724		7.550	59.051	0.482	0.568	1.065
4	6.800	142.955	0.336	0.732		7.456	58.695	0.476	0.568	1.064
5	6.831	142.730	0.337	0.734		7.790	58.449	0.480	0.572	1.069
6	6.889	143.279	0.340	0.742		8.501	59.135	0.486	0.575	1.077
7	6.874	143.298	0.339	0.747		8.663	59.278	0.491	0.580	1.083
8	6.832	143.047	0.336	0.746		8.408	58.921	0.487	0.578	1.089
9	6.880	143.190	0.340	0.750		8.367	59.078	0.490	0.578	1.087
10	6.891	143.585	0.339	0.754		8.264	59.370	0.489	0.581	1.090
11	6.828	142.769	0.337	0.753		8.133	58.552	0.486	0.580	1.088
12	6.818	142.823	0.337	0.756		8.195	58.360	0.487	0.580	1.092
13	6.877	143.580	0.340	0.760		8.269	59.196	0.493	0.583	1.100
14	6.910	143.724	0.356	0.763		8.418	58.898	0.494	0.584	1.104
15	6.782	143.233	0.363	0.762		8.349	58.783	0.493	0.583	1.100
16	6.804	143.096	0.363	0.763		8.326	58.771	0.489	0.582	1.101
17	6.947	144.371	0.361	0.771		8.476	59.406	0.498	0.589	1.111
18	6.776	143.302	0.355	0.769		8.396	58.587	0.494	0.591	1.111
19	6.726	142.954	0.353	0.767		8.356	58.281	0.488	0.585	1.105
20	6.797	143.097	0.354	0.768		8.457	58.308	0.490	0.587	1.108
21	6.864	143.816	0.346	0.769		8.500	59.046	0.492	0.590	1.117
22	6.824	143.531	0.343	0.772		8.474	58.765	0.490	0.590	1.113
23	6.838	143.828	0.344	0.771		8.530	58.923	0.493	0.591	1.119
24	6.886	143.836	0.344	0.774		8.551	59.074	0.494	0.591	1.117
25	6.890	143.775	0.351	0.772		8.461	58.414	0.496	0.592	1.112
26	6.840	143.999	0.355	0.770		8.365	57.774	0.490	0.590	1.118
27	6.770	143.694	0.354	0.766		8.400	57.632	0.492	0.588	1.113
28	6.834	144.212	0.354	0.772		8.449	58.150	0.491	0.594	1.118
29	6.734	143.564	0.352	0.769		8.411	57.606	0.487	0.588	1.116
30	6.760	143.589	0.357	0.772		8.448	57.732	0.489	0.591	1.115
31										
1ヶ月値	6.840	143.410	0.346	0.756		8.272	58.691	0.489	0.582	1.097
最大値	7.173	146.769	0.408	0.828		9.280	61.176	0.541	0.645	1.199
最大値日時	11/17 14:20	11/17 14:10	11/20 09:50	11/27 13:20		11/18 09:20	11/10 14:10	11/25 15:50	11/25 19:00	11/21 13:50
最小値	5.794	137.345	0.296	0.580		5.940	54.561	0.404	0.464	0.946
最小値日時	11/01 01:50	11/01 01:40	11/05 01:40	11/01 01:40		11/04 09:00	11/12 09:40	11/10 09:50	11/01 01:30	11/01 01:50

測定月報

測定日：2025/11

(7/11)

日	モニタ									
	★ B061 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B062 雑固体焼却建屋周辺	B063 予備機	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	★ B068 1号機R/B北側	★ B069 集中RW南側	B070 予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.943	0.936		3.370	0.598	1.419	0.852	19.348	5.741	
2	0.950	0.944		3.404	0.603	1.452	0.864	19.657	6.150	
3	0.951	0.939		3.412	0.602	1.446	0.865	19.336	6.182	
4	0.959	0.938		3.403	0.603	1.451	0.855	18.981	6.169	
5		0.940		3.395	0.604	1.453	0.860	18.986	6.186	
6		0.945		3.408	0.604	1.454	0.867	19.361	6.200	
7	0.765	0.945		3.413	0.604	1.482	0.872	19.413	6.213	
8	0.767	0.941		3.411	0.606	1.502	0.866	19.069	6.204	
9	0.765	0.941		3.414	0.606	1.505	0.873	19.022	6.182	
10	0.768	0.941		3.422	0.605	1.505	0.877	19.056	6.065	
11	0.783	0.927		3.400	0.604	1.430	0.869	19.078	6.070	
12	0.776	0.926		3.377	0.602	1.376	0.867	19.274	6.100	
13	0.775	0.934		3.380	0.612	1.363	0.869	19.533	6.108	
14	0.762	0.931		3.374	0.608	1.367	0.873	19.473	5.621	
15	0.756	0.928		3.368	0.606	1.361	0.868	18.967	4.892	
16	0.757	0.925		3.363	0.609	1.367	0.867	19.004	4.884	
17	0.763	0.941		3.361	0.614	1.366	0.875	19.255	4.931	
18	0.774	0.931		3.288	0.609	1.371	0.875	17.878	4.881	
19	0.776	0.925	※5 0.243	3.225	0.608	1.366	0.876	18.042	4.873	※5 0.240
20	0.770	0.928		3.198	0.606	1.369	0.873	18.297	4.873	
21	0.763	0.934		3.208	0.613	1.365	0.879	18.512	4.892	
22	0.759	0.926		3.182	0.611	1.374	0.868	18.512	4.894	
23	0.757	0.931		3.183	0.611	1.375	0.872	18.595	4.899	
24	0.780	0.937		3.176	0.611	1.378	0.876	18.619	4.902	
25	0.774	0.931		3.177	0.611	1.372	0.878	18.694	4.892	
26	0.771	0.926		3.168	0.609	1.376	0.874	18.014	4.887	
27	0.785	0.926		3.157	0.608		0.875	18.600	4.874	
28	0.769	0.926		3.155	0.610		0.870	19.277	5.583	
29	0.757	0.920		3.147	0.610		0.883	19.014	6.145	
30	0.759	0.926		3.145	0.610		0.885	19.072	6.159	
31										
1ヶ月値	0.789	0.933	0.243	3.308	0.607	1.410	0.871	18.931	5.555	0.240
最大値	1.017	1.124	0.268	3.522	0.664	1.572	0.949	20.122	6.412	0.254
最大値日時	11/03 13:50	11/06 20:20	11/19 10:30	11/04 15:30	11/26 08:10	11/10 09:20	11/07 08:10	11/02 14:10	11/05 15:50	11/19 11:50
最小値	0.701	0.857	0.216	3.016	0.521	1.176	0.753	11.789	4.107	0.220
最小値日時	11/20 14:30	11/29 07:00	11/19 11:40	11/29 18:40	11/01 01:40	11/21 10:10	11/28 14:10	11/10 09:00	11/01 01:50	11/19 10:30

測定月報

測定日：2025/11

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 予備機	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.944	0.452		0.550	3.913	0.565	16.919	△	5.375
2		0.957	0.459		0.588	3.937	0.586	17.277		5.405
3		0.956	0.458		0.600	3.931	0.585	17.290		5.324
4		0.948	0.454		0.602		0.584	17.302		5.222
5		0.953			0.605	3.939	0.583	17.411		5.271
6		0.956			0.613	3.954	0.586	17.475		5.347
7		0.955	0.459		0.614	3.964	0.587	17.512		5.359
8		0.947	0.460		0.616	3.952	0.586	17.543		5.261
9		0.951	0.461		0.618	3.941	0.587	17.503		5.338
10		0.955	0.465		0.619	3.957	0.586	17.538		5.367
11		0.949	0.459		0.617	3.939	0.590	17.521		5.256
12		0.952	0.460		0.619	3.927	0.583	17.560		5.255
13		0.962	0.464		0.624	3.958	0.589	17.618		5.375
14		0.955	0.460		0.624	3.968	0.589	17.659		5.360
15		0.955	0.463		0.624	3.957	0.589	17.640		5.271
16		0.952	0.464		0.627	3.955	0.587	17.667		5.275
17		0.961	0.465		0.631	3.982	0.593	17.745		5.440
18		0.952	0.465		0.631	3.960	0.588	17.705		5.254
19		0.949	0.460	※5 0.290	0.628	3.950	0.590	17.704		5.212
20		0.950	0.465		0.626	3.929	0.587	17.712		5.242
21		0.954	0.468		0.633	3.982	0.595	17.738		5.344
22		0.948	0.466		0.631	3.945	0.589	17.774		5.287
23		0.952	0.468		0.630	3.978	0.590	17.769		5.334
24		0.949	0.470		0.631	3.961	0.590	17.778		5.376
25		0.948	0.468		0.633	3.964	0.591	17.736		5.371
26		0.952	0.466		0.627	3.957	0.592	17.735		5.330
27		0.949	0.465		0.629	3.962	0.591	17.775		5.235
28		0.954	0.473		0.631	3.964	0.592	17.788		5.288
29		0.948	0.466		0.631	3.944	0.590	17.783		5.180
30		0.952	0.468		0.632		0.591	17.796		5.236
31										
1ヶ月値		0.952	0.464	0.290	0.620	3.954	0.588	17.599		5.306
最大値		1.027	0.522	0.327	0.686	4.113	0.645	18.174		5.688
最大値日時		11/17 22:40	11/23 12:10	11/19 10:50	11/20 15:50	11/16 13:50	11/27 11:30	11/29 08:40		11/17 13:50
最小値		0.849	0.402	0.243	0.490	3.639	0.228	14.150		4.827
最小値日時		11/23 10:50	11/01 03:30	11/19 10:00	11/01 01:40	11/01 01:40	11/01 01:50	11/01 01:30		11/01 02:00

測定月報

測定日：2025/11

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	B084 故障中	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No. 4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ版保管設備No1ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.520	40.957	△	0.274	7.019	△	△	1.840	0.144
2		0.522	40.980		0.277	7.128			1.857	0.144
3		0.514	40.611		0.274	7.127			1.851	0.141
4		0.504	40.135		0.271	7.107			1.851	0.140
5		0.508	40.166		0.273	7.135			1.849	0.140
6		0.512	40.637		0.275	7.163			1.856	0.142
7		0.513	40.660		0.276	7.199			1.857	0.142
8		0.504	40.307		0.275	7.210			1.847	0.140
9		0.515	40.677		0.277	7.204			1.852	0.142
10		0.515	40.781		0.280	7.224			1.840	0.176
11		0.503	40.289		0.279	7.204			1.827	0.190
12		0.495	40.389		0.274	7.222			1.830	0.191
13		0.506	41.046		0.276	7.254			1.838	0.194
14		0.503	40.771		0.277	7.277			1.832	0.192
15		0.496	40.426		0.274	7.267			1.821	0.191
16		0.496	40.362		0.275	7.279			1.822	0.190
17		0.510	41.146		0.278	7.334			1.845	0.195
18		0.498	40.406		0.276	7.308			1.823	0.193
19		0.492	40.083		0.273	7.313			1.819	0.189
20		0.495	39.937		0.274	7.306			1.829	0.191
21		0.503	40.233		0.278	7.345			1.837	0.192
22		0.496	40.005		0.277	7.342			1.836	0.190
23		0.499	40.166		0.277	7.353			1.842	0.192
24		0.503	40.288		0.279	7.361			1.847	0.194
25		0.503	40.335		0.278	7.338			1.835	0.194
26		0.501	40.146		0.277	7.335			1.827	0.193
27		0.499	39.993		0.277	7.326			1.820	0.193
28		0.504	40.361		0.279	7.355			1.823	0.194
29		0.495	39.838		0.275	7.340			1.813	0.192
30		0.498	40.022		0.277	7.358			1.818	0.191
31										
1ヶ月値		0.504	40.405		0.276	7.258			1.836	※1 0.176
最大値		0.559	42.433		0.329	7.562			2.163	0.224
最大値日時		11/01 02:30	11/17 12:30		11/04 18:30	11/20 13:00			11/06 20:20	11/29 12:50
最小値		0.444	36.321		0.239	6.334			1.668	0.118
最小値日時		11/30 00:40	11/14 07:50		11/25 03:00	11/01 01:40			11/01 01:40	11/08 17:30

測定月報

測定日：2025/11

(10/11)

日	モニタ									
	★ B091 1, 2号機海側(2.5m盤)	B092 3号機海側連ダ小屋内	B093 校正中	B094 校正中	B095 校正中	B096 校正中	B097 故障中	B098 MP6(予備機)	B099 MP 5(予備機)	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	3.170	2.565					△			
2	3.198	2.592								
3	3.163	2.572								
4	3.119	2.546								
5	3.157	2.580								
6	3.231	2.620								
7	3.248	2.636								
8	3.162	2.590								
9	3.245	2.648								
10	3.277	2.679								
11	3.183	2.612								
12	3.176	2.606								
13	3.283	2.678								
14	3.285	2.679								
15	3.203	2.633								
16	3.214	2.634								
17	3.358	2.730								
18	3.214	2.642								
19	3.173	2.605								
20	3.207	2.633								
21	3.288	2.683								
22	3.247	2.672								
23	3.275	2.692								
24	3.329	2.729								
25	3.330	2.746								
26	3.290	2.712								
27	3.269	2.708								
28	3.337	2.753								
29	3.232	2.683								
30	3.276	2.716								
31										
1ヶ月値	3.238	2.653								
最大値	3.572	2.864								
最大値日時	11/17 15:10	11/24 14:20								
最小値	2.821	2.306								
最小値日時	11/01 01:40	11/01 02:00								