

<海洋生物飼育日誌>

2022年10月20日9時

天気 晴

水温 19.3°C

体液中のトリチウムを測定するには試料から水分を取り出す必要があります。まず水分を気体状にして吸い出し、ドライアイスで急冷して凍結させることで水分を集めます。試料は次第に乾燥していくので「凍結乾燥」といいます。測定用試料ができるまで約3日です。  
(山)

