

2023年11月1日9時

天気 晴

水温 17.8°C

有機結合型トリチウムの測定は、まず乾燥試料の重量を正確に測定して分取し、燃焼器に入れます。その後、酸素を充填して燃やし、水を生成します。冷却後にこの水を回収しますが、回収できた水が約40mL程度取れるまでこの作業を何度も繰り返します。(山)

